



FICHA DE ANÁLISE: 1001 10616

DATA: 05/07/2016

LAUDO DE ESTERILIZAÇÃO EMBRARAD N°: 340338 / EMITIDO EM 23/06/2016.

**PRODUTOS:**

\*SWAB, HASTE PLÁSTICA, CÓDIGO 1001.

LOTE: 1001 10616

DATA DE ESTERILIZAÇÃO: 06/16

VALIDADE: 06/18

**ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE CRESCIMENTO APÓS 7 DIAS DE INCUBAÇÃO À TEMPERATURA 35°C+/-2°C, QUANDO COLOCADO EM:**

**MEIO DE TSB:**

**DE ACORDO**

**MEIO DE TIOGLICOLATO:**

**DE ACORDO**

**TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35° C DURANTE 24-48 HORAS:**

*Staphylococcus aureus* ATCC 25923

**CRESCIMENTO EXCELENTE**

*Escherichia coli* ATCC 25922

**CRESCIMENTO EXCELENTE**

*Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853

**CRESCIMENTO EXCELENTE**

**CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO**

**KARINA DE CAMPOS SALLES – CRBM 12001**

**Controle de Qualidade - DME**