



FICHA DE ANÁLISE: 1002-10517

DATA: 30/05/2017

LAUDO DE ESTERILIZAÇÃO STERIGENICS N°: 10875 / EMITIDO EM 19/05/2017.

PRODUTO:

***SWAB, HASTE PLÁSTICA, EM TUBO, CÓDIGO 1002.**

LOTE: 1002 10517

DATA DE ESTERILIZAÇÃO: 05/17

VALIDADE: 05/19

ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE CRESCIMENTO APÓS 7 DIAS DE INCUBAÇÃO A TEMPERATURA 35°C+/-2°C, QUANDO COLOCADO EM:

MEIO DE TSB:

DE ACORDO

MEIO DE TIOGLICOLATO:

DE ACORDO

TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35° C DURANTE 48 HORAS:

Staphylococcus aureus ATCC 25923

CRESCIMENTO EXCELENTE

Escherichia coli ATCC 25922

CRESCIMENTO EXCELENTE

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853

CRESCIMENTO EXCELENTE

CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO

Controle de Qualidade – DME

Karina de Campos Salles – CRBM 12001