

FICHA DE ANÁLISE: 1002-10616

DATA: 05/07/2016

LAUDO DE ESTERILIZAÇÃO EMBRARAD N°: 340338 / EMITIDO EM 23/06/2016.

**PRODUTO:**

\*SWAB, HASTE PLÁSTICA, EM TUBO, CÓDIGO 1002.

LOTE: 1002 10616

DATA DE ESTERILIZAÇÃO: 06/16

VALIDADE: 06/18

**ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE CRESCIMENTO APÓS 7 DIAS DE INCUBAÇÃO A TEMPERATURA 35°C+/-2°C, QUANDO COLOCADO EM:****MEIO DE TSB:****DE ACORDO****MEIO DE TIOGLICOLATO:****DE ACORDO****TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35° C DURANTE 48 HORAS:***Staphylococcus aureus* ATCC 25923**CRESCIMENTO EXCELENTE***Escherichia coli* ATCC 25922**CRESCIMENTO EXCELENTE***Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853**CRESCIMENTO EXCELENTE****CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO****KARINA DE CAMPOS SALLES – CRBM 12001****Controle de Qualidade - DME**