



FICHA DE ANÁLISE: 1003-10118

DATA: 01/02/2018

PRODUTO: MEIO DE TRANSPORTE STUART

LOTE: 1003 10118

DATA DE FABRICAÇÃO: 01/18

VALIDADE: 01/19

ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO
PH: 7.4 +/-0,2 A 25°C

RESULTADOS
7,47

ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE CRESCIMENTO APÓS 7 DIAS DE INCUBAÇÃO A TEMPERATURA 35°C+/-2°C, E 48 HORAS QUANDO COLOCADO EM:

MEIO DE TSB:

DE ACORDO

MEIO DE TIOGLICOLATO:

DE ACORDO

TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 48-72 HORAS:

Staphylococcus aureus

ATCC 25923

CRESCIMENTO EXCELENTE

Escherichia coli

ATCC 25922

CRESCIMENTO EXCELENTE

Pseudomonas aeruginosa

ATCC 27853

CRESCIMENTO EXCELENTE

CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO

CONTROLE DE QUALIDADE – DME

KARINA DE CAMPOS SALLES – CRBM 12001