



FICHA DE ANÁLISE: 1003-11117

DATA:10/11/2017

PRODUTO: MEIO DE TRANSPORTE STUART

LOTE: 1003 11117

DATA DE FABRICAÇÃO: 11/17

VALIDADE: 11/18

ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO

PH: 7.4 +/-0,2 A 25°C

RESULTADOS

7,47

ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE CRESCIMENTO APÓS 7 DIAS DE INCUBAÇÃO A TEMPERATURA 35°C+/-2°C, E 48 HORAS QUANDO COLOCADO EM:

MEIO DE TSB:

DE ACORDO

MEIO DE TIOGLICOLATO:

DE ACORDO

TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 48-72 HORAS:

Staphylococcus aureus

ATCC 25923

CRESCIMENTO EXCELENTE

Escherichia coli

ATCC 25922

CRESCIMENTO EXCELENTE

Pseudomonas aeruginosa

ATCC 27853

CRESCIMENTO EXCELENTE

CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO

CONTROLE DE QUALIDADE – DME

ALINE PELARIN – CRBM 18537