



FICHA DE ANÁLISE: 1011 10517

DATA: 30/05/2017

LAUDO DE ESTERILIZAÇÃO STERIGENICS Nº: 10875 / EMITIDO EM 19/05/2017.

PRODUTOS:***SWAB, HASTE MADEIRA, CÓDIGO 1011.****LOTE: 1011 10517****DATA DE ESTERILIZAÇÃO: 05/17****VALIDADE: 05/19****ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE CRESCIMENTO APÓS 7 DIAS DE INCUBAÇÃO A TEMPERATURA 35°C+/-2°C, QUANDO COLOCADO EM:****MEIO DE TSB:****DE ACORDO****MEIO DE TIOGLICOLATO:****DE ACORDO****TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35° C DURANTE 48 HORAS:***Staphylococcus aureus* ATCC 25923**CRESCIMENTO EXCELENTE***Escherichia coli* ATCC 25922**CRESCIMENTO EXCELENTE***Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853**CRESCIMENTO EXCELENTE****CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO****Controle de Qualidade – DME****Karina de Campos Salles – CRBM 12001**