



FICHA DE ANÁLISE: 1011 10916

DATA: 03/10/2016

LAUDO DE ESTERILIZAÇÃO EMBRARAD Nº: 343996/ EMITIDO EM 17/09/2016.

PRODUTOS:

*SWAB, HASTE MADEIRA, CÓDIGO 1011.

LOTE: 1011 10916

DATA DE ESTERILIZAÇÃO: 09/16

VALIDADE: 09/18

ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE CRESCIMENTO APÓS 7 DIAS DE INCUBAÇÃO A TEMPERATURA 35°C+/-2°C, QUANDO COLOCADO EM:

MEIO DE TSB:

DE ACORDO

MEIO DE TIOGLICOLATO:

DE ACORDO

TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35° C DURANTE 48 HORAS:

Staphylococcus aureus ATCC 25923

CRESCIMENTO EXCELENTE

Escherichia coli ATCC 25922

CRESCIMENTO EXCELENTE

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853

CRESCIMENTO EXCELENTE

CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO

KARINA DE CAMPOS SALLES – CRBM 12001

Controle de Qualidade