

FICHA DE ANÁLISE: 1012 10717**DATA: 27/07/2017****PRODUTO: MEIO DE TRANSPORTE AMIES****LOTE: 1012 10717****DATA DE FABRICAÇÃO: 07/17****VALIDADE: 07/18****ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO****PH: 7.2 +/-0,2 A 25°C****RESULTADOS****7,10****ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE CRESCIMENTO APÓS 7 DIAS DE QUARENTENA A TEMPERATURA 35°C+/-2°C E MAIS 48H, QUANDO COLOCADO EM:****MEIO DE TSB:****DE ACORDO****MEIO DE TIOGLICOLATO:****DE ACORDO****TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24-72 HORAS:****Staphylococcus aureus****ATCC 25923****CRESCIMENTO EXCELENTE****Escherichia coli****ATCC 25922****CRESCIMENTO EXCELENTE****Pseudomonas aeruginosa****ATCC 27853****CRESCIMENTO EXCELENTE****CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO****Controle de qualidade – DME****Karina de Campos Salles – CRBM 12001**