



FICHA DE ANÁLISE: 1028-10818

DATA: 20/08/2018

LAUDO DE ESTERILIZAÇÃO STERIGENICS Nº: 1619574 / EMITIDO EM 10/08/2018.

PRODUTOS:

*SWAB, HASTE METAL, CÓDIGO 1028

LOTE: 1028 10818

DATA DE ESTERILIZAÇÃO: 08/18

VALIDADE: 08/20

ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE CRESCIMENTO APÓS 7 DIAS DE INCUBAÇÃO A TEMPERATURA 35°C+/-2°C, QUANDO COLOCADO EM:

MEIO DE TSB:

DE ACORDO

MEIO DE TIOGLICOLATO:

DE ACORDO

TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35° C DURANTE 48 HORAS:

Staphylococcus aureus ATCC 25923

CRESCIMENTO EXCELENTE

Escherichia coli ATCC 25922

CRESCIMENTO EXCELENTE

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853

CRESCIMENTO EXCELENTE

CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO

Controle de Qualidade – DME

Karina de Campos Salles – CRBM 12001