



FICHA DE ANÁLISE: 1028-10916

DATA: 03/10/2016

LAUDO DE ESTERILIZAÇÃO EMBRARAD N°: 343996 / EMITIDO EM 17/09/2016.

**PRODUTOS:**

\*SWAB, HASTE METAL, CÓDIGO 1028

LOTE: 1028 10916

DATA DE ESTERILIZAÇÃO: 09/16

VALIDADE: 09/18

ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE CRESCIMENTO APÓS 7 DIAS DE INCUBAÇÃO A TEMPERATURA 35°C+/-2°C, QUANDO COLOCADO EM:

MEIO DE TSB:

DE ACORDO

MEIO DE TIOGLICOLATO:

DE ACORDO

**TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35° C DURANTE 48 HORAS:**

*Staphylococcus aureus* ATCC 25923

CRESCIMENTO EXCELENTE

*Escherichia coli* ATCC 25922

CRESCIMENTO EXCELENTE

*Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853

CRESCIMENTO EXCELENTE

CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO

KARINA DE CAMPOS SALLES – CRBM 12001

Controle de Qualidade - DME