

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: CEFTRIAXONA DISCO COM 30 ug (CRO 30)

LOTE: 2467CRO FABRICAÇÃO: 06/16 VALIDADE: 06/18

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	26,0 mm	(22 – 28 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	34,0 mm	(29 – 35 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	22,0 mm	(17 – 23 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

- Informações Adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 5236615 com validade em 31/08/2017.

Manter os discos de Ceftriaxona em refrigeração (2 a 8°C). Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 15 de Junho de 2016.



CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001