

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: CEFEPIME DISCO COM 30 ug (CPM 30)

LOTE: 2473CPM FABRICAÇÃO: 06/16 VALIDADE: 06/18

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	27,5 mm	(23 – 29 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	36,0 mm	(31 – 37 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	30,0 mm	(24 – 30 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 5236615 com validade em 31/08/2017.

Manter os discos de CEFEPIME em refrigeração (2 a 8°C). Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 23 de Junho de 2016.

CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001