RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: CEFAZOLINA DISCO COM 30 mcg (CFZ 30)

LOTE: 2483CFZ FABRICAÇÃO: 06/16 VALIDADE: 06/18

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	33,0mm	(29 – 35 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	26,0 mm	(21 – 27 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 5236615 com validade em 31/08/2017.

Manter os discos de Cefazolina em refrigeração (2 a 8°C). Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 08 de Julho de 2016.

CONTROLE DE QUALIDADE
KARINA DE CAMPOS SALLES – CRBM 12001