

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: SULFAMETOXAZOL/TRIMETOPRIM (SULFAZOTRIM) DISCO COM 25 ug (SUT 25)

LOTE: 2496SUT FABRICAÇÃO: 08/16 VALIDADE: 08/18

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	31,0 mm	(24 – 32 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	29,0mm	(23 – 29 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado** - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 5236615 com validade em 31/08/2017.
- Manter os discos de Sulfametoxazol/Trimetoprim (Sulfazotrim) entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 20 de Agosto de 2016.



CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001