

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: MEROPENEM DISCO COM 10 ug (MPM 10)

LOTE: 2507MPM

FABRICAÇÃO: 09/16

VALIDADE: 09/18

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	36,0 mm	(29 – 37 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	34,0 mm	(28 – 34 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	33,0 mm	(27 – 33 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 5236615 com validade em 31/08/2017.

Manter os discos de Meropenem entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 21 de Setembro de 2016.



CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001