

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: NITROFURANTOÍNA DISCO COM 300 ug (NIT 300)

LOTE: 2519NIT FABRICAÇÃO: 10/16 VALIDADE: 10/18

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	22,0 mm	(18 – 22 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	24,0 mm	(20 – 25 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6061178 com validade em 31/08/2017.

Manter os discos de NITROFURANTOINA entre -20° a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 09 de Novembro de 2016.



CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001