



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: PIPERACILINA/TAZOBACTAM DISCO COM 110 ug (PIT 110)

LOTE: 2545PIT FABRICAÇÃO: 02/17 VALIDADE: 02/19

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	34,5 mm	(27 – 36 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	30,0 mm	(24 – 30 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	32,0 mm	(24 – 33 mm)
Escherichia coli ATCC 35218	30,0 mm	(24 – 30 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado** - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6061718 com validade em 31/08/2017.
- Manter os discos de Piperacilina/Tazobactam entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 03 de Março de 2017.

CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001