RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: CLORANFENICOL DISCO COM 30 ug (CLO 30)

LOTE: 2547CLO FABRICAÇÃO: 02/17 VALIDADE: 02/19

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	25,0 mm	(19 – 26 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	26,0 mm	(21 – 27 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:
- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6061718 com validade em 31/08/2017.
- Manter os discos de CLORANFENICOL entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 04 de Março de 2017.

CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001