

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: CIPROFLOXACINA      DISCO COM 05 mcg    ( CIP 05 )

LOTE: 2548CIP

FABRICAÇÃO: 02/17

VALIDADE: 02/19

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	28,0 mm	( 22 – 30 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	37,0 mm	( 30 – 40 mm )
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	32,0 mm	( 25 – 33 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**- Informações Adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6061718 com validade em 31/08/2017.

Manter os discos de CIPROFLOXACINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 07 de Março de 2017.



CONTROLE DE QUALIDADE  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001