

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: CEFUROXIMA DISCO COM 30 ug (CRX 30)

LOTE: 2550CRX

FABRICAÇÃO: 03/17

VALIDADE: 03/19

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	33,0 mm	(27 – 35 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	25,0 mm	(20 – 26 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6061718 com validade em 31/08/2017.
- Manter os discos de CEFUROXIMA entre +2°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 22 de Março de 2017.

CONTROLE DE QUALIDADE
KARINA DE CAMPOS SALLES – CRBM 12001