

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: ÁCIDO NALIDIXICO DISCO COM 30 ug (NAL 30)

LOTE: 2551NAL FABRICAÇÃO: 03/17 VALIDADE: 03/19

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Escherichia coli ATCC 25922	28,0 mm	(22 – 28 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4041279 com validade em 30/09/2018.

Manter os discos de Ácido Nalidíxico entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 22 de Março de 2017.



CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001