



**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: ERITROMICINA      DISCO COM 15 ug      (ERI 15)

LOTE: 2552ERI      FABRICAÇÃO: 03/17      VALIDADE: 03/19

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	25,5 mm	(22 - 30 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6061279 com validade em 30/09/2018.

Manter os discos de Eritromicina entre +2°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 29 de Março de 2017.

CONTROLE DE QUALIDADE  
KARINA DE CAMPOS SALLES – CRBM 12001