

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: ERTAPENEM DISCO COM 10 ug (ERT 10)

LOTE: 2554ERT FABRICAÇÃO: 03/17 VALIDADE: 03/19

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	30,0 mm	(24 - 31 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	36,0 mm	(29 - 36 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	18,0 mm	(13 – 21 mm)
Homogeneidade: de acordo	2,0 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4041279 com validade em 30/09/2018.

Manter os discos de Ertapenem armazenados entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 05 de Abril de 2017.



CONTROLE DE QUALIDADE
KARINA DE CAMPOS SALLES – CRBM 12001