

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: AMPICILINA/SULBACTAM DISCO COM 20 ug (APS 20)

LOTE: 2560APS FABRICAÇÃO: 04/17 VALIDADE: 04/19

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor de Referencia
Staphylococcus aureus ATCC 25923	36,0 mm	29-37 mm
Escherichia coli ATCC 25922	24,0 mm	19-24 mm
Escherichia coli ATCC 35218	18,0 mm	13-19 mm
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4041279 com validade em 30/09/2018.

Manter os discos de Ampicilina/Sulbactam entre -20°C a -15°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 20 de Abril de 2017.



CONTROLE DE QUALIDADE  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001