RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: CEFAZOLINA DISCO COM 30 mcg (CFZ 30)

LOTE: 2563CFZ FABRICAÇÃO: 04/17 VALIDADE: 04/19

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	34,0mm	(29 – 35 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	26,0 mm	(21 – 27 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	$\leq$ 2,5 mm

Informações Adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, 4041279 com validade em 30/09/2018.

Manter os discos de Cefazolina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 03 de Maio de 2017.

CONTROLE DE QUALIDADE
KARINA DE CAMPOS SALLES – CRBM 12001