

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: LINEZOLIDA DISCO COM 30 ug (LNZ 30)

LOTE: 2564LNZ FABRICAÇÃO: 04/17 VALIDADE: 04/19

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	31,0 mm	(25 - 32 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- Utilizou-se Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4041279 com validade em 30/09/2018.
- Manter os discos de Linezolida armazenados entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 03 de Maio de 2017.



CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001