

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: NEOMICINA DISCO COM 30 ug (NEO 30)

LOTE: 2567NEO FABRICAÇÃO: 05/17 VALIDADE: 05/19

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	24,0 mm	(18 – 26 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	21,5 mm	(17 – 23 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 6155872 com validade em 31/10/2018.

Manter os discos de Neomicina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 17 de Maio de 2017.



CONTROLE DE QUALIDADE
KARINA DE CAMPOS SALLES – CRBM 12001