RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: LEVOFLOXACINA DISCO COM 05 ug (LEV 05)

LOTE: 2577LEV FABRICAÇÃO: 06/17 VALIDADE: 06/19

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	30,0 mm	(25 – 30 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	35,0 mm	(29 – 37 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	23,0 mm	(19 – 26 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	$\leq$ 2,5 mm

- Informações adicionais:
Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 6155872 com validade em 31/10/2017.
Manter os discos de LEVOFLOXACINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 22 de Junho de 2017.

CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001