

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: AZITROMICINA      DISCO COM 15 ug      (AZI 15)

LOTE: 2578AZI      FABRICAÇÃO: 06/17      VALIDADE: 06/19

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	25,0 mm	(21 - 26 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

**- Informações adicionais:**

- Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 6155872 com validade em 31/10/2018.
- Manter os discos de Azitromicina entre +2°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 01 de Julho de 2017.



CONTROLE DE QUALIDADE  
KARINA DE CAMPOS SALLES – CRBM 12001