

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: CEFOXITINA DISCO COM 30 ug (CFO 30)

LOTE: 2584CFO

FABRICAÇÃO: 07/17

VALIDADE: 07/19

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	29,0 mm	(23 – 29 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	29,0 mm	(23 – 29 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6155872 com validade em 31/10/2018.

Manter os discos de CEFOXITINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 20 de Julho de 2017.



CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001