

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: OFLOXACINA DISCO COM 05 ug (OFX 05)

LOTE: 2586OFX FABRICAÇÃO: 07/17 VALIDADE: 07/19

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	28,0 mm	(24 – 28 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	33,0 mm	(29 – 33 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	20,0 mm	(17 – 21 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 6155872 com validade em 31/10/2018.
- Manter os discos de OFLOXACINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 20 de Julho de 2017.



CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001