RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: CLORANFENICOL DISCO COM 30 ug (CLO 30)

LOTE: 2600CLO FABRICAÇÃO: 08/17 VALIDADE: 08/19

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	25,0 mm	(19 – 26 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	26,0 mm	(21 – 27 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:
- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6155872 com validade em 31/10/2018.
- Manter os discos de CLORANFENICOL entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 24 de Agosto de 2017.

CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001