

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: TOBRAMICINA DISCO COM 10 ug (TOB 10)

LOTE: 2601TOB FABRICAÇÃO: 08/17 VALIDADE: 08/19

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	28,5 mm	(19 – 29 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	24,5 mm	(18 – 26 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	26,0 mm	(19 – 26 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6155872 com validade em 31/10/2018.
- Manter os discos de Tobramicina entre +2°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 30 de Agosto de 2017.



CONTROLE DE QUALIDADE
Aline Pelarin – CRBM 18537