

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: OXACILINA DISCO COM 01 ug (OXA 01)

LOTE: 2602OXA

FABRICAÇÃO: 08/17

VALIDADE: 08/19

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	24,0 mm	(18 - 24 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

**Informações Adicionais:**

- Meio utilizado: Mueller Hinton Agar DIFCO, lote 6155872 com validade em 31/10/2018.
- Manter os discos de Oxacilina entre +2°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 02 de Setembro de 2017.



CONTROLE DE QUALIDADE  
Aline Pelarin – CRBM 18537