

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: DOXICICLINA DISCO COM 30 ug (DOX 30)

LOTE: 2604DOX FABRICAÇÃO: 08/17 VALIDADE: 08/19

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	29,0 mm	(23 – 29 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	23,0 mm	(18 – 24 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6155872 com validade em 31/10/2018.
- Manter os discos de DOXICILINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 05 de Setembro de 2017.



CONTROLE DE QUALIDADE
Aline Pelarin – CRBM 18537