

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: PIPERACILINA/TAZOBACTAM DISCO COM 110 ug (PIT 110)

LOTE: 2609PIT FABRICAÇÃO: 09/17 VALIDADE: 09/19

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	34,0 mm	(27 – 36 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	30,0 mm	(24 – 30 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	33,0 mm	(24 – 33 mm)
Escherichia coli ATCC 35218	29,5 mm	(24 – 30 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6155872 com validade em 31/10/2018.
- Manter os discos de Piperacilina/Tazobactam entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 23 de Setembro de 2017.



CONTROLE DE QUALIDADE
Aline Pelarin – CRBM 18537