

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: CEFUROXIMA DISCO COM 30 ug (CRX 30)

LOTE: 2616CRX FABRICAÇÃO: 09/17 VALIDADE: 09/19

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	33,0 mm	(27 – 35 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	26,0 mm	(20 – 26 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6209540 com validade em 30/11/2018.
- Manter os discos de CEFUROXIMA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 07 de Outubro de 2017.



CONTROLE DE QUALIDADE
ALINE PELARIN – CRBM 18537