

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: IMIPENEM DISCO COM 10 ug (IPM 10)

LOTE: 2630IPM

FABRICAÇÃO: 11/17

VALIDADE: 11/19

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Escherichia coli ATCC 25922	32,0 mm	(26 – 32 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	28,0 mm	(20 – 28 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6314697 com validade em 31/03/2019.
- Manter os discos de Imipenem armazenados entre -20°C a -15°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 05 de Dezembro de 2017.



CONTROLE DE QUALIDADE
Aline Pelarin – CRBM 18537