

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: AMOXICILINA DISCO COM 10 ug (AMO 10)

LOTE: 2637AMO FABRICAÇÃO: 01/18 VALIDADE: 01/20

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	35,0 mm	(27 – 35 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	21,5 mm	(15 – 22 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

Meio utilizado - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6314697 com validade em 31/03/2019.

Manter os discos de AMOXICILINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 24 de Janeiro de 2018.



CONTROLE DE QUALIDADE
Aline Pelarin – CRBM 18537