

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC  
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: RIFAMPICINA DISCO COM 05 ug ( RIF 05 )

LOTE: 2651RIF FABRICAÇÃO: 02/18 VALIDADE: 02/20

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	34,0 mm	(26 – 34 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	10,0 mm	(08 – 10 mm )
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

**Informações Adicionais:**

- Meio utilizado: Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 7193688 com validade em 31/10/2019.
- Manter os discos de Rifampicina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 24 de Fevereiro de 2018.

CONTROLE DE QUALIDADE  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001