

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: CIPROFLOXACINA DISCO COM 05 mcg ( CIP 05 )

LOTE: 2655CIP

FABRICAÇÃO: 02/18

VALIDADE: 02/20

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	28,0 mm	( 22 – 30 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	37,0 mm	( 29 – 37 mm )
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	32,0 mm	( 25 – 33 mm )
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

**- Informações Adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 7193688 com validade em 31/10/2019.

Manter os discos de CIPROFLOXACINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 03 de Março de 2018.

CONTROLE DE QUALIDADE  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001