



**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: CEFTAZIDIMA DISCO COM 30 ug (CAZ 30)

LOTE: 2657CAZ FABRICAÇÃO: 03/18 VALIDADE: 03/20.

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	20,0 mm	(16 – 20 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	32,0 mm	(25 – 32 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	29,0 mm	(22 – 29 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações Adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 7193688 com validade em 31/10/2019.

Manter os discos de CEFTAZIDIMA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 20 de Março de 2018.

CONTROLE DE QUALIDADE  
KARINA DE CAMPOS SALLES – CRBM 12001