



**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: IMIPENEM      DISCO COM 10 ug      (IPM 10)

LOTE: 2659IPM

FABRICAÇÃO: 03/18

VALIDADE: 03/20

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Escherichia coli ATCC 25922	32,0 mm	( 26 – 32 mm )
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	27,0 mm	( 20 – 28 mm )
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

**Informações adicionais:**

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 7193688 com validade em 31/10/2019.
- Manter os discos de Imipenem armazenados entre -20°C a -15°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 17 de Março de 2018.

CONTROLE DE QUALIDADE  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001