

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: CEFTRIAXONA                      DISCO COM 30 ug ( CRO 30 )

LOTE: 2660CRO                      FABRICAÇÃO: 03/18                      VALIDADE: 03/20

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	26,0 mm	( 22 – 28 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	34,0 mm	( 29 – 35 mm )
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	23,0 mm	( 17 – 23 mm )
Homogeneidade: de acordo	2,0 mm	≤ 2,5 mm

**- Informações Adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 7193688 com validade em 31/10/2019.

Manter os discos de Ceftriaxona entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 27 de Março de 2018.



CONTROLE DE QUALIDADE  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001