

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: CEFALEXINA DISCO COM 30 ug (CFE 30)

LOTE: 2664CFE FABRICAÇÃO: 03/18 VALIDADE: 03/20

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	34,0 mm	(29 – 35 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	26,0 mm	(21 - 27 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 7193688 com validade em 31/10/2019.

Manter os discos de Cefalexina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 28 de Março de 2018.

CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles– CRBM 12001