

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: AMOXICILINA/ÁCIDO CLAVULÂNICO DISCO COM 30 ug (AMC 30)

LOTE: 2667AMC FABRICAÇÃO: 03/18 VALIDADE: 03/20

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor de Referência
Staphylococcus aureus ATCC 25923	36,0 mm	28 - 36 mm
Escherichia coli ATCC 25922	24,0 mm	18 - 24 mm
Escherichia coli ATCC 35218	21,0 mm	17 - 22 mm
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 7193688 com validade em 31/10/2019.

Manter os discos de Amoxicilina/Ácido Clavulânico entre -20°C a -15°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 12 de Abril de 2018.



CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001