

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: CLINDAMICINA DISCO COM 02 ug (CLI 02)

LOTE: 2674CLI FABRICAÇÃO: 04/18 VALIDADE: 04/20

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	27,0 mm	(24 - 30 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 7348829 com validade em 31/03/2020.
- Manter os discos de Clindamicina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 03 de Maio de 2018.



CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001