

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: AMPICILINA DISCO COM 10 ug (AMP 10)

LOTE: 2680AMP

FABRICAÇÃO: 05/18

VALIDADE: 05/20

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	35,0 mm	( 27 – 35 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	22,0 mm	( 15 – 22 mm )
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado** - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 7348829 com validade em 31/03/2020.

- Manter os discos de AMPICILINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 17 de Maio de 2018.



CONTROLE DE QUALIDADE  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001