

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA IDENTIFICAÇÃO)

SAL: BACITRACINA DISCO COM 0,04UI (BAC)

LOTE: 2690BACID FABRICAÇÃO: 05/18 VALIDADE: 05/20

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Streptococcus pyogenes ATCC 19615 - Grupo A	18,0 mm	(10 – 18 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 7363834 com validade em 31/03/2020.

Manter os discos de BACITRACINA Identificação entre +2°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 22 de Junho de 2018.



CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001