

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: POLIMIXINA B DISCO COM 300 ug (POL 300)

LOTE: 2691POL FABRICAÇÃO: 06/18 VALIDADE: 06/20

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Escherichia coli ATCC 25922	16,0 mm	(13 – 19 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	16,5 mm	(14 – 18 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 7363834 com validade em 31/03/2020.

Manter os discos de POLIMIXINA B entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 19 de Junho de 2018.



CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001